



Бр/No:10462-410

Датум/Date:11.09.2017.

Јавна набавка мале вредности 4/2017 Лабораториска опрема 1.1.5 Апарат „REAL –TIME PCR“

Питање 1: Да ли прихватате ЛЕД диоде и силиконске фото-детекторе као оптички систем?

Одговор: Не прихватамо. Тражимо апарат са халогеном лампом која је уједно и јефтинија, а и оператер који ради на инструменту може сам да је мења по потреби, односно када за то дође време.

Питање 2: Да ли је прихватљиво да инструмент ради само у једном моду брзине, боље од тражених спецификација (60C/sek)?

Одговор: Није прихватљиво, тражи се да апарат може да ради у два мода – стандарди и фаст мод. На апарату ће се изводити лабораторијски протоколи који су већ стандардизовани и акредитовани, а тражи се и могућност за успостављање нових процедура који би били временски краћи. Такође, на апарату ће радити више оператера са различитих Одељења који имају релативно широк асортиман различитих процедура.

Питање 3: Да ли прихватате распон температуре од 25-99,90C?

Одговор: Не не прихвата се распон температуре од 25-99,9°C

Питање 4: Да ли је прихватљиво да понудјач приложи референцу која није из Србије али је из земље у којој је понудјач ауторизован заступник производјача модела који се нуди?

Одговор: Не прихвата се прилагање референце изван Р. Србије. Ради могућности што ширег рада и хармонизација и стандардизација различитих методологија које се планирају изводити на апарату који се тражи, неопходно је да је апарат заступљен у Р. Србији у што већем броју различитих институција, односно да је у употреби у што већем броју институција и у што широј намени.